



KALIBRIERSERVICE

DIA TEST

Hermann Költgen GmbH

Schottener Weg 6

64289 Darmstadt/Germany

Tel.: 0615 / 979-0 Fax: 0615 / 979-111



QM-PLAIN

Lehrentyp: **Einstellmeister IKT60-EM-Ø 15,000**

Art der Prüfung: Neuprüfung

Identnummer: 1130

Istmaßprüfung

Prüfparameter	Prüfmaß/Soll [mm]	Toleranz [µm]	Prüfmaß/Ist [mm]
Kegeldurchmesser max.	15,000	± 5	15,000

Bewertung: **Prüfling toleranzhaltig**

Meßunsicherheit: U95 = 0.7 µm

Anschluß an nationale Normale: ULM OPAL 600
Endmaßsatz Nr. 320/ DKD-K-29101/04-10
Einstellring Nr. QJ-P 472/00 ; QJ-P 473/00

Geprüft am: 05.09.2007

Prüfer: 
(T.Günther)